

FEUILLE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI SOLIS VIP NPT

Nom du patient:.....

No :.....

Prép.	Préparation	Posologie prescrite (par 24h et par heures)
A		
B		
C		

(Signer la remarque)

Remarques:.....

Verrou :

Date Année:	CHANGEMENT DE PILE [h]	Changement de poche ou de préparation [h]	Volume à perfuser	Montée Progress.	Descente dégress.	Durée de perfusion	Débit de plateau (débit max.)	Débit MVO (débit min.)	Vol. résiduel	Validation
			[ml]	[HR : MIN]	[HR : MIN]	[HR : MIN]	[MI/HR]	[MI/HR]	[ml]	
[J/M/h]			Volume à perfuser (selon prescription)	Durée de l'aug. progressive du débit, jusqu'au débit max.	Durée de dégression progressive du débit, jusqu'au débit min. (KVO).	Temps de perfusion total.	Débit calculé sur : durée de perf – montée - descente	Débit après la fin de la perfusion	Volume tot de la poche, indique automatiquement le volume restant.	
							CALCUL AUTOMATIQUE PAR VIP		INDIQUER LE VOLUME DE LA POCHE PLEINE (*)	

(*) Attention : Le volume de la poche pleine doit être d'au moins 10 ml supérieur au volume à perfuser, pour permettre le KVO à la fin de la perfusion.

Voyant lumineux : vert (= pompe fonctionne), orange (= pompe à l'arrêt ou état d'alarme), vert+orange (=perf continue avec état d'alarme).